


enSpire™ SD システム

SURGICAL DISCECTOMY SYSTEM



This is enSpired.

～ 新たな椎間板切除法の提案 ～



INNOVATION




Importing and sales of medical devices

VITAL

www.vital-j.co.jp

enSpire™ Surgical Discectomy System

enSpire SD システムは短時間で効率的な椎間板の切除を可能にします。




No capital equipment is required.

オーガースクリューを通じて、除去した髄核を機械的に吸い上げます。本体にバッテリーが内蔵されているため、付属機器は必要ありません。

Designed for TLIF, PLIF and XLIF Procedures

どのアプローチでも対応可能なよう、ストレートとカーブの両タイプをご用意しています。



One STEP Discectomy and Decortication

トリガースイッチを引くことで、カッター付き切削ワイヤーが拡張し、軟骨終板を含む椎間板切除を効率的に行います。繊維輪の最外層部や骨は傷つけないようにデザインされています。

enSpire SD system Result



Manual TLIF
(摘出時間 10 ~ 20 分)

VS



SD システム
(摘出時間 3 ~ 5 分)

カタログ番号	名称	JANコード
SV2209	enSpire SDシステム ストレート&カーブ	4580236777472
SV2009	enSpire SDシステム ストレート	4580236777489
SV2109	enSpire SDシステム カーブ	4580236777496

【医療機器認証番号】 222AMBZX00002000

【販売名】 enSpire SDシステム (単回使用品)

製造元



SpineView Inc.
48810 Kato Rd. Ste 100E
Fremont, CA 94538
USA

製造販売元



株式会社 バイタル

〒108-0075 東京都港区港南3-8-1
森永乳業港南ビル8階
TEL 03-3458-1261 FAX 03-3458-1263
URL: <http://www.vital-j.co.jp>